



Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

Intrare Nr. 6922
Ieşire Zil. 16 Lun. 07 Anul 2019

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE BRAȘOV

Braşov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea de Cuvă de sterilizare endoscop

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov, cu sediul în Braşov, str. Aleea Dealul Spirii, nr. 12, supune procedurii de achiziție publică, prin procedura – achiziție directă în SEAP – contract de furnizare de produse – **Cuvă de sterilizare endoscop** cod CPV 33190000-8.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și prezentare a ofertei și constituie ansamblu cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În acest scop propunerea tehnică va conține, în funcție de cerințele prevăzute în Fișa de date a achiziției, un comentariu, articol cu articol, al specificațiilor tehnice conținute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

Cuvă de sterilizare endoscop

- Unitate mobilă cu roți
- 3 recipiente cu capac pentru fluidele utilizate la dezinfectie
- Tavă de dezinfectie adaptată pentru bronhofibroscop Olympus sau echivalent
- Robinet încorporat pentru evacuarea soluțiilor utilizate.
- Capac transparent pentru tava de dezinfectie
- Greutate max. 30 kg
- Livrare la sediul beneficiarului și punere în funcțiune
- Garanție 12 luni.

Întocmit
Dr. Iancu Valeria

Avizat
Director medical
Dr. Florin Leășu